MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION

NITRATE D'UREE
SUBSTANCE et TRACES

CATALOGUE Nº. IDT 0020T

Ce test ne doit être utilisé qu'en cas de coloration positive pour l'ion nitrate dans le test EXPLOSIF GENERAL TNT/PETN/RDX/ NITRATE SUBSTANCE ET TRACES (IDT 0010)



(1) Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Identa.

(2) Appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur à plusieurs endroits de la substance à tester en essayant d'en recueillir le plus possible.
Pour analyser une surface suspecte, passer largement le tampon de l'échantillonneur sur cette surface.

(3) Replacer l'échantillonneur dans le boîtier et appuyer fermement pour le verrouiller.

Avertissement : Ne pas passer à l'étape **4** si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.

(4) Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre** 1 jusqu'à ce que l'ampoule se brise.

(5) Agiter doucement l'unité pendant 2 à 3 secondes.

(6) L'apparition d'une couleur rouge brillant à l'avant ou à l'arrière de la fenêtre dans la minute indique la présence de Nitrate d'Urée **à condition qu'une coloration positive pour l'ion NITRATE ait eu lieu dans le test EXPLOSIF GENERAL TNT/ PETN/RDX/NITRATE SUBSTANCE ET TRACES (IDT 0010T**).
L'absence de couleur indique l'absence de Nitrate d'Urée.

S'il n'y a pas de Nitrate d'Urée, merci de bien vouloir réaliser le test du Nitrate d'Ammonium (IDT 0030T).

Si ces deux tests s'avèrent négatifs, mais qu'une coloration positive pour l'ion Nitrate dans le test EXPLOSIF GENERAL TNT/ PETN/RDX/NITRATE SUBSTANCE ET TRACES (IDT 0010T) a eu lieu, alors cela indique la présence de Nitrate de Potassium.

Note : vous pouvez maintenant jeter ce test à la poubelle en toute sécurité.

HOTLINE : +33(0)478 924 118

ISIS ANALYTICS : 98 rue Hippolyte Kahn
69100 VILLEURBANNE - RCS : 513 841 817 00028
Tel.: +33(0) 603 291 113 - Fax : +33(0) 478 924 110
contact@isisanalytics.com